

Produktdatablad

Assura 1-dels Convex Light Urostomi flerkammerpose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura 1-dels Convex Light Urostomi flerkammerpose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej

Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej

Andet: gelatine, pektin, CMC, elastomer, kartoffelmel
epoxideret soyabønneolie Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: PVdC, EVA, PET, PE, SEBS,
EVA/PE-copolymer, PP, PIB, SIS PVC: ja*

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP* % af PVC: 30

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ja

Angiv stoffer: DEHP*

* Indgår ikke i selve produktet, men kun i uro-konnektoren, som betragtes som tilbehør.

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: nej

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: ingen

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



1-dels flerkammer urostomi convex light

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14712			Assura Flerkam uro hvid CL 50/15-33mm	Maxi	10	10		
14713			Assura Flerkam uro hvid CL 60/15-43mm	Maxi	10	10		
14716			Assura Flerkam uro trans CL 50/15-33mm	Maxi	10	10		
14717			Assura Flerkam uro trans CL 60/15-43mm	Maxi	10	10		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *