

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura Mio Flex uropose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex uropose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej
Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej
Økologisk:
Andet: Polyester, ethyl methacrylat, acrylat klæber

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA,PVdC,PE,PP,TPS-SEBS, PU-skum PVC: nej
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: **Non sterile class I**

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Må ikke skylles ud i toiletet.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage			x	
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	



VERSION 01-04-2014

SenSura Mio Flex uropose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12291 01008		5708932944991	SenSuraMio Flex Uro 35mm maxi	Maxi	30	240		
12292 01008		5708932944984	SenSuraMio Flex Uro 35mm maxi tran	Maxi	30	240		
12296 01008		5708932944977	SenSuraMio Flex Uro 50mm midi	Midi	30	240		
12297 01008		5708932944960	SenSuraMio Flex Uro 50mm maxi	Maxi	30	240		
12998 01008		5708932944953	SenSuraMio Flex Uro 50mm maxi tran	Maxi	30	240		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.
 Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst
 Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.
 Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.
 Sterile produkter angives ved *