

Produktdatablad

SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="text" value="nej"/>	Papir:	<input type="text" value="nej"/>	Glas:	<input type="text" value="nej"/>
Metal:	<input type="text" value="nej"/>	Latex:	<input type="text" value="nej"/>	Bomuld:	<input type="text" value="nej"/>
Andet:	CPE, EVA, PVdC, Plasticizer, carbonfilter				
				Økologisk:	<input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: PP, TPO, PE silicone PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	ja, Mobious-loopen enl ISO 14001
Transportemballage			Materialegenanvendelse	ja, Mobious-loopen enl ISO 14002



SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
13212		5708932359931	Transparent, maxi	50 mm	30	480		
13217		5708932358576	Transparent, maxi	70 mm	30	480		
13204		5708932359474	Beige, midi	35 mm	30	480		
13205		5708932359856	Beige, midi	50 mm	30	480		
13214		5708932359498	Beige maxi	35 mm	30	480		
13215		5708932359870	Beige maxi	50 mm	30	480		
13218		5708932358392	Beige maxi	70 mm	30	480		
13220		5708932389167	Beige, XL	70 mm	30	480		
13224		5708932359450	Beige, mini	35 mm	30	480		
13291		5708932389143	Beige, XXL	90 mm	20	160		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *