

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

SenSura®Mio 1-dels High Output med Convex Blød

1-dels pose med blødt post-op udløb

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura®Mio 1-dels High Output med Convex Blød

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:

Andet: _____ Økologisk:

3.2. Plast: Ja

Plast-typer: EVA, PVdC, PET, PU, PP, ABS

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

4.2. Plast: Ja

Plast-typer: TPE (thermoplastic elastomer);

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Ingen

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Ja op mod 30% i æskerne

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Non-sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toiletet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura® Mio 1-dels High Output med Convex Blød

1-dels pose med blødt Post-op udløb

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse Opklipbar/huldiameter	Størrelse Posestørrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1867001008		5708932051767	SenSura Mio 1-dels High Output. Grå	10-50mm	Æske à 10 stk	9 æsker		
1867101008		5708932051774	SenSura Mio 1-dels High Output.Transp.	10-50mm	Æske à 10 stk	9 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

