


RENGØRING AF FLERGANGSSPRØJTER



Sprøjten rengøres straks efter brug

- Sprøjten skylles med vand
- Kom sprøjten i varmt sæbevand.
- Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil alle spor af ernæring og/eller medicin er væk.
- Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand.
- Skyl sprøjte og stempel i rindende koldt vand. Ryst overflødig vand af.
- Tør med ren køkkenrulle (brug ikke viskestykke/klud).
- Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låget påsat.
- Sprøjten må ikke rengøres i opvaskemaskine, da det forkorter levetiden.
- Hvis stemplet går mere træg, markeringerne bliver uklare eller sprøjten bliver beskadiget, bør sprøjten kasseres og erstattes med en ny sprøjte på trods af, at den ikke er anvendt de oplyste 35 gange.

ANVENDES OP TIL 35 X INDGIVELSE

