Brugervejledning – Enteral sprøjtepumpe, P1000

Tænd pumpen

Tryk for at tænde pumpen. Pumpen starter sit "start-up" display.

Indsæt sprøjte

Indsæt 30 ml sprøjten – LPE30

Godkend sprøjte

Tyrk for at godkende, at den valgte sprøjte er I overensstemmelse med den sprøjte, pumpen foreslår. Koble forlængersæt på sprøjten

Priming

Tryk Bolus for at komme ind i programmet for priming. Hold Bolus nede for at prime forlængersættet for at undgå luft ved infusion.
⚠ Under primingen, skal patienten ikke være tilkoblet pumpen.

Indstil værdier

Vælg volumen, hastighed eller tid med OK - indtast de ønskede værdier med pilene. Tryk OK for at godkende. Parametrene volumen, hastighed og time er indbyrdes afhængige. Derfor er det kun nødvendigt at indtaste to parametre – den 3. vil blive udregnet automatisk

Tilkoble patient

Start infusion

Tryk Start
Tryk og hold Menu for at låse indstillingerne. Alternativt vælg [Main Menu][General Option][Auto-lock time] for at indstille automatisk låsefunktion. For at låse op: Tryk og hold Menu

Færdig

Tryk Stop
En "nær slut alarm" kan indstilles 1-30 min før infusionen er færdig [Main Menu] [General Option] [Time near end]. Tryk Silence for at stoppe alarmen. En alarm vil lyde når infusion er færdig. Tryk Stop

Fjern sprøjte

Afkoble patienten og fjern sprøjten fra pumpen

Sluk

Hold nede indtil pumpen lukker ned



medicina

Unit 1-4, Rivington View Business Park, Station Road, Bolton BL6 5BN
Tel: +44(0)1204 695050 email: info@medicina.co.uk
www.medicina.co.uk