

Produktdatablad

SpeediCath® Compact til mænd

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SpeediCath® Compact til mænd

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Nej	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <input type="checkbox"/> Produktet ligger i saltvand med PVP og NMP	Økologisk: <input type="checkbox"/>	

3.2. Plast:

Plast-typer: PP, TPE, EVA, TPU, MABS, PET

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ja

Angiv stoffer: NMP (Cas# 872-50-4). Produktet er på baggrund af lave koncentrationer af NMP (<0.1%) og eksponeringsscenarier vurderet til at være sikkert.

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Æskerne består af 40% genbrugsfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage				Ja, Mobious-loop ISO14021
Transportemballage				Ja, Mobious-loop ISO14021

SpeediCath® Compact til mænd

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
28692	i saltvand me	5708932472814	SpeediCath® Compact til mænd	Ch 12/18	30	300		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *